

(管理番号) UDA701

作業工数 4 H

FileMaker入力	責任者	検査担当者
	天野	小林

動作確認チェックシート(汎用)

検査日	26年3月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ヒトリスエレクトロニクス	電源電圧	200V単相	
型式	SHD2075-M0640-LE1-AC200V	周波数	(50・60)Hz	
メーカー名	CKD			
機械Ser.No	740059			
製造年月	年 月			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ・通電確認 OK
- ・再生パージ発生(交互) OK

取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(OK・NG)